



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број: 610

Датум: 04.09.2013.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:  
114 К /2013**

**Питање бр.1:** „ Да ли је за партију 1 могуће понудити апарат и систем који у потпуности задовољава потребе корисника за функцијом брзе и безбедне надокнаде и загревања крви, крвних деривата као и других течности, а који поседује следеће карактеристике ?“

**ОДГОВОР:** - Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање.

Анализирањем техничких карактеристика апарата које сте детаљно навели у оквиру „Захтева за додатним информацијама за јавну набавку бр. 114К/2013“, са навођењем његовог трговачког назива и произвођача, прекршили би Члан 20. став 4. ЗЈН у делу обезбеђења чувања поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда.

**Питање бр.2:** „Да ли је за партију 2 могуће понудити апарат и систем који у потпуности задовољава потребе корисника за функцијом безбедног загревања крви, крвних деривата као и других течности, а који поседује следеће карактеристике?“

**ОДГОВОР:** - Одговор је исти као и за питање бр.1.

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

---

Душан Давидовић, дипл. правник