



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број: 612

Датум: 06.09.2013.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:  
115 К /2013**

**Питање бр.1: „ Да ли прихватљиво понудити водена купатила чија је спољашност INOX, без пластификације ?“**

**ОДГОВОР:** - Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за опрему, захтеване у Прилогу бр.7. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље разматрање.

**Питање бр.2: „Радна температура апарата која је тражена у техничким карактеристикама је +5°C од амбијенталне до 99,9 °C, да ли се може понудити водено купатило које има температурни распон до 95 °C , јер то у пракси нема значаја, обзиром да се инфузионе боце темперирају на температуру тела 38 °C?“**

**ОДГОВОР:** - У техничким карактеристикама у тачкама 1.5 и 2.5 захтевано је: „Радна температура апарата: од амбијенталне +5°C до 99,9°C“. Све понуде које нуде водена купатила са радним температурама до 95 °C, биће оцењене као прихватљиве.

**СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ**

---

Душан Давидовић, дипл. правник