



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 600.

Датум: 30.08.2013.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
117 К /2013**

На питања везана за партију бр.1 и партију бр.2, Стручна комисија није одговарала већ је извршила измену Конкурсне документације у делу техничких карактеристика за ове две партије.

Питања за партију бр.3:

Питање бр.1: „Да ли се прихвата апарат са дисајним кружним системом са волуметријским рефлектором који ради са гасовима на ниским температурама и обезбеђује брже мешање свежег гаса са анестетиком и бржу испоруку свежег гаса?“

ОДГОВОР: - Прихвата се кружни систем са датим принципом функционисања уколико има интегрисан грејач који греје медицинску смешу гасова пре инспирације.

Питање бр.2: „Да ли се прихвата тидал волуме 5-2000 ml јер је боље од захтеване техничке карактеристике?“

ОДГОВОР: - Прихвата се.

Питање бр.3: „Да ли се прихвата фреквенца 4-100 bpm јер разлика не утиче на рад апарата ни на пацијента?“

ОДГОВОР: - Прихвата се.

Питање бр.4: „Захтеван је P_{insp} 5-60 cmH_2O , да ли се прихвата 0-120 cmH_2O јер је боље од захтеване техничке карактеристике?“

ОДГОВОР: - Прихвата се.

Питање бр.5: „У карактеристикама је захтевано РЕЕР и комплијанса C_{rat} . Да ли се прихвата РЕЕР и динамичка комплијанса C_{rat} јер је и шире и боље од захтеване техничке карактеристике и боље показује стање плућа пацијента од једне збирне C_{rat} ?“

ОДГОВОР: - Прихвата се.

Питања за партију бр.4:

Питање бр.1: „У техничким карактеристикама захтевано је сечиво за стернотом димензија 34/0.0/1.1 mm. Да ли је могуће понудити еквивалент обзиром да ова димензија одговара само једном понуђачу?“

ОДГОВОР: - Може се понудити сечиво еквивалентно сечиво.

Питања за партију бр.6:

Питање бр.1: „Да ли се носивост кревета односи на статичко оптерећење кревета или на динамичку радну носивост (safe working load) од минимум 230 kg?“

ОДГОВОР: - Минимална носивост кревета мора бити 180 kg.

**ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ**

Др Душан Јовановић