



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 731

Датум: 30.09.2013.год.

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:
142 К /2013**

Питање бр.1: „Молимо Вас да појасните појам „предвиђено“ из тачке 17. Да ли то значи да кревет приликом испоруке мора имати место за уметање RTG касете и RTG пропусан наслон за леђа или не? .“

ОДГОВОР: - Кревет мора имати место за уметање RTG касете и део кревета у пределу леђа болесника мора бити пропустан за RTG зраке.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Душан Давидовић