



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ:

БРОЈ:

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 383А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Vežano za odgovor objavljen 01.11.2017. godine na Portalu javnih nabavki, a u vezi sa JN 383A/2017 - partija broj 6, odbili ste naš zahtev kojim se traži da bude prihvatljiva ponuda -100% Silikonski kateter, prostatični, trokraki veličine 18 - 24 CH, zapremina balona minimum od 50 do 80ml ,vrh dufuour ili delinotte,poprečni presek pravougaonik ili cilindričnog poprečnog preseka.

U skladu sa informacijama koje smo dobili u saradnji sa korisnicima predmetnog dobra iz takođe referentnih ustanova, nismo dobili potvrde vaših tvrdnji da su приметили da kateteri cilindričnog poprečnog preseka imaju veću učestalost komplikacija.

Takođe, komparativne studije govore u prilog superiornosti cilindričnog/ovalnog poprečnog preseka katetera u odnosu na poprečni presek pravougaonik. Naime, u ovim studijama potvrđeno je da trokraki operativni kateteri sa poprečnim presekom cilindričnog/ovalnog preseka predstavlja viši standard u odnosu na traženi pravougani presek, upravo iz razloga što se razne partikule talože na uglovima pravougona i tako kompromituju lumen, odnosno protok i irigaciju što je, i osnovna funkcija trokakah operativnih katetera.

Još jednom napominjemo da Vaš odgovor koji ograničava ponude cilindričnog/ovalnog poprečnog preseka direktno krši načelo konkurentnosti Zakona o javnim nabavkama (Član 10 ZJN).

Imajući u vidu gore pomenuto, ovom prilikom Vas molimo da se prihvati наш zahtev po pitanju cilindričnog poprečnog preseka, kako ne bismo bili prinuđeni da svoje pravo ostvarimo i na drugi način.

Ljubazno Vas molimo da postupite shodno članu 63.ZJN, kako bismo ispoštovali date rokove i pripremili ponudu na adekvatan način.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при својој спецификацији и одговору објављеном 01.11.2017.године

Комисија за јавну набавку