



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 01.11.2017.

БРОЈ:1876

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за
урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и
хепатологију**

**Број јавне набавке 383А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Molimo naručioca da potvrdi da će za **Partiju 6** - 100% Silikonski kateter, prostatični, trokraki veličine 18 - 24 CH, zapremina balona minimum od 50 do 80ml ,vrh dufuour ili delinotte, poprečni presek pravougaonik , prihvatiti i ponude cilindričnog poprečnog preseka koji mogu ponuditi svi vodeći proizvođači urološkog materijala

Budući da je trenutnom definicijom omogućeno učešće samo jednog ponuđača, a limitirano učešće svih ostalih ponuđača, što je protivno čl.10 ZNJ I čl. 71 kojom naručilac tehničkom specifikacijom ne sme da ograničava konkurenciju u skladu sa Načelom neograničavanja konkurentnosti, ovom prilikom Vas molimo da se prihvati naš zahtev po pitanju cilindričnog poprečnog preseka.

ОДГОВОРИ:

Iz dosadasnjeg iskustva u postoperativnom periodu, najbolje su se pokazali trokraki silikonski kateteri sa zatvorenim vrhom (DELINOTTE), pravougaonog poprečnog preseka, prečnika od 18 do 24 CH sa balonom minimum od 50 do 80 ml. Primetili smo da učestalost komplikacija (curenje ka vezikalno-uretralnoj anastomozi lože radikalne prostatektomije, strukture mokraćne cevi posle otvorenih endoskopskih operacija) nema kao kod drugih vrsta katetera.

Iz gore navedenih razloga, naručilac ostaje pri zahtevanoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije.

Комисија за јавну набавку