



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1301

Датум: 16.10.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију
Број јавне набавке 398К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – **Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију**, број 398К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.10.2017.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање број 1: Увидом у конкурсну документацију уочили смо да је техничка спецификација за све партије објављена на енглеском језику, без детаљног описа и димензија тражених инструмената. Наведени су каталошки бројеви произвођача Aescular што доводи у сумњу да Наручилац дискриминише све остале потенцијалне понуђаче. Стога Вас молимо да коригујете опис предмета набавке на начин да буде довољно разумљив и да на основу истог могу да припреме одговарајућу понуду.

Одговор број 1: Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације.

Наручилац је конкурсну документацију сачинио у свему у складу са ЗЈН, будући да је приликом описа карактеристика захтеваних добара навео робни знак, односно произвођача, уз Законом предвиђени обавезни додаток, речи „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“. Наручилац је навођењем произвођача (праћено речима „или одговарајуће“) и каталошког броја изабрао једини ефикасан и сигуран начин да потенцијалним понуђачима стави до знања шта је предмет јавне набавке. Ово нарочито ако се има у виду да је тржиште предметне набавке концентрисано око малог броја произвођача па постоји оправданост у смислу предмета уговора, а понуђачима ће, увидом у каталог бити сасвим јасно, односно могу недвосмислено утврдити о којим димензијама и карактеристикама захтеваних добара је реч. Позивањем на каталог наручилац је желео да потенцијалним понуђачима да што више конкретних информација о добрима која се набављају а да се тиме не елиминишу сва она одговарајућа добра осталих произвођача.

У вези са овим питањем Наручилац нарочито жели да нагласи да је конкурсна документација конципирана на исти начин, као и претходних година, те да је више понуђача, са истим предметом јавне набавке, испунило задате услове.

Питање број 2: У партијама број 1, 3 и 5, на позицијама 8, 27 и 56, између осталих инструмената наведен је и патент произвођача Aescular, иглодржач Powergrip, који има ергономски облик ручице. Намена овог иглодржача је процедура ушивања која не захтева никакву специјалну технику употребе тако да се поступак ушивања може урадити и са било којим другим иглодржачем. Поред овог патента у свим партијама наведени су и други специфични инструменти истог (поменутог) произвођача:

-у партији 1 позиције: 31, 34, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, микро сет позиције: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, сет за спиналну хирургију позиције: 4, 5, 12, 13, 14

-у партији 2 позиције: 16 и 24;

-у партији 3 позиције: 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 26;

-у партији 4 позиције: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; и

-у партији 5 позиције: 2, 18, 40, 41, 47, 48, 51, 52, 60, 67, 68, 71, 76, и 77.

Овако конципираном техничком спецификацијом прекршили сте члан 72. Закона о јавним набавкама и то:

-Члан 72. став 1-Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације или стандарде које означавају добра одређене производње и извора.

-Члан 72. став 2- Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип нити посебно порекло или производњу.

-Члан 72. став 3 - Наручилац не може да у конкурсној документацији укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију одређених понуђача на начин из става 1 и 2 овог Члана.

Дакле техничка спецификација за све партије је конципирана на такав начин да омогућава само једном понуђачу да понуди одговарајуће производе за сваку ставку у партијама.

Како Закон о јавним набавкама налаже наручиоцу да услове за учешће у поступку одреди тако да они не дискриминишу остале понуђаче молимо вас да извршите измену партија и издвојите поменуте позиције у посебне партије и тиме омогућите осталим потенцијалним понуђачима да учествују у предметном поступку.

Одговор број 2: Како је питање број 2, формулисано на начин да у себи садржи више потпитања Наручилац даје одговоре следећим редоследом:

2.1. Наводи заинтересованог лица који се односе на облик ручице иглодржача, као и да она не захтева никакву специјалну технику употребе, Наручилац одговара да исте сматра неоснованим, јер ни један други иглодржач не може заменити тражени са ергономским обликом ручице, с обзиром да постоје различите процедуре у ушивању везане за различите облике, дужину и дебљину иглодржача, тј стандардни иглодржач не постоји.

2.2. На наводе заинтересованог лица који се односе на наводну повреду члана 72. Наручилац је дао одговор под бројем 1.

2.3. На наводе заинтересованог лица који се односе на захтев да се поједине ставке из сетова издвоје у посебне партије Наручилац даје следећи одговор:

Спецификација је рађена у складу са потребама крајњих корисника (Клиника) и наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације. Такође Наручилац указује да навод који је заинтересовано лице изнело у свом захтеву за додатним појашњењем, а који се тиче наводне дискриминације појединих понуђача, неутемељен и неаргументован. Наручилац ће свакако размотрити све примедбе, сугестије и захтеве потенцијалних понуђача који за своје наводе понуде и адекватне доказе. Разлог више за овакав став Наручиоца је и чињеница да је конкурсна документација конципирана на исти начин, као и претходних година, те да је више понуђача, са истим предметом јавне набавке, испунило задате услове.

Због свега напред наведеног, наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне документације.

Питање број 3: У конкурсној документацији нису наведена никаква дозвољена одступања од захтеваних димензија, што је нереално с обзиром да све компаније имају у понуди инструменте различитих димензија. Стога вас молимо да тачно назначите колика су дозвољена одступања у димензијама тражених инструмената и контејнера.

Одговор број 3: Апсолутно су неосновани наводи заинтересованог лица, који се тичу наводног пропуста Наручиоца да дозволи одступања у димензијама инструмената. Наручилац стога апелује на истог да пажљиво прегледа конкурсну документацију где је **тачно** наведено дозвољено одступање у димензијама (страна 43 од 56, Прилог број 7, тачка 8, део „Остали обавезни услови“), како би се уверио у неистинитост својих навода, а законито поступање Наручиоца и јасну намеру да дозвољеним одступањем омогући већем броју понуђача учешће у предметном поступку јавне набавке

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
