



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1964

Датум: 24.11.2017. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 410К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 410К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.10.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.5: Електрични аспиратор

Питање бр.1:

„Наруčilac је у оквиру конкурсне документације дефинисао листу минималних техничких карактеристика за партију бр. 5- Електрични аспиратор при чему је дефинисао захтев бр. 5.4 „Sigurnosna posuda“.

Različiti proizvođači imaju različita rešenja čija je funkcija ista te je definisanje ovakvog uslova kršenje načela o jednakosti ponuđača. Posuda sa zaštitom od prelivanja takođe ima funkciju kao i zahtevana sigurnosna posuda, tj. zaštitu motora od prodora telesnog fluida.

Ovom prilikom molimo Naručioca da potvrdi da će pored uređaja sa sigurnosnom posudom, prihvatiti i uređaj sa navednom karakteristikom- Posuda sa zaštitom od prelivanja.“

Одговор: Наруčilac прихвата и понуду која нуди уређај који поседује посуду са заштитом од преливања, као и све друге понуде чије су техничке карактеристике једнаке заhtevanim или су боље од њих.

Питање бр.2:

Naručilac je prilikom definisanja liste minimalnih tehničkih karakteristika za partiju br. 5 definisao zahtev 5.6- „Nivo buke ne sme da prelazi 40 decibela (kao dokaz dostaviti sertifikat izdat od strane domaće akreditovane ustanove odgovorne za isto)“.

Ovakvo definisanje karakteristika i to pre svega posedovanje sertifikata strane/domaće akreditovane ustanove jasno predstavlja ograničavajući faktor za pripremanje adekvatne ponude za ponuđače i ima za cilj eliminisanje najvećeg broja ponuđača.

Nivo buke normalnog razgovora je između 60 i 70 dB. Najveći broj svetskih proizvođača pravi svoje uređaje tako da su niži od nivoa buke normalnog razgovora, i to u opsegu od 50 do 60 dB.

Ovim putem molimo Naručioca da izmeni navedeni zahtev tako da isti glasi „Nivo buke ne sme da prelazi 55 dB“.

Одговор: Наруčilac остаје при свом захтеву. На нашем тржишту постоје бар три понуђача који испуњавају захтеване минималне техничке карактеристике.

Prilikom upotrebe uređaja koji je u konstantnom radu i stvara buku od maksimalno 40 dB, onda ta buka utiče negativno po radnu okolinu operatera pa samim tim i na krajnji efekat rada samog operatera prilikom zahvata. Ovo se odnosi naročito prilikom zahvata koji iziskuju dužu vremensku upotrebu uređaja.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
