



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1921.

Датум: 13.11.2017. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

Број јавне набавке: 410К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, број 410К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 27.10.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.2: Fiberoptički Bronhoskop

Питање:

„Partija br. 2. Fiberoptički Bronhoskop, Stavka 2.7. Izvor svetlosti

Budući da korisnik već poseduje dovoljan broj izvora svetlosti od više proizvođača, i činjenice da je moguća kompatibilnost sa različitim proizvođačima, kao i činjenice da nije bilo tehničkih unapređenja i novih modela u odnosu na već postojeće izvore svetlosti kod svih proizvođača, molimo Vas za pojašnjenje da li Naručilac ostaje pri zahtevu da se isporuče još dva izvora svetlosti što bi bilo veoma neracionalno.

Predlažemo da Naručilac izvrši izmenu u Konkursnoj dokumentaciji i da umesto Izvora svetlosti zahteva da ponuđeni Fiberoptički Bronhoskopi budu kompatibilni sa postojećim izvorima svetlosti.“

Одговор: Наручилац остаје при захтеву да сваки набављени бронхоскоп мора имати компатibilни извор светлости. Ово је изузетно значајно са аспекта мобилности бронхоскопа и рада на терену (све остале клинике КСЦ и време приправности).

Постојећи извори светлости у служби бронхоскопије КСЦ са аспекта мобилности и рада на терену нису компатibilни са бронхоскопима свих произвођача.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
