



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОФТАМОЛОГИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ бр. 432А/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.10.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Молимо Вас да измените количине за партију број 12-Oftamološki zaobljeni noževi ,тако да захтевана количина буде дељива са 6, што је најмања количина у оригиналном паковању.-
2. Партија 12: “заобљени ножеви 2.3mm”, да ли ће наручилац прихватити и заобљене ножеве 2.0mm?
3. Партија 15: „трипан плаво 0.25%“, да ли ће наручилац прихватити и трипан плаво 0.15%?
4. У спецификацији за партију 12 тражили сте „Oftalmološke zaobljene noževe **2,3** mm pod uglom, kosina na gore“. Да ли бисте прихватили, Oftalmološke zaobljene noževe **2,1** mm pod uglom, kosina na gore, kao ekvivalentno?

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације .
2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације .
3. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације .
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације .