



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 7.12.2017.

БРОЈ: 2018

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачења**

**Број јавне набавке 456К/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање :**

1. Које је минимално захтевано умањење дозе зрачења на кожи при нивоу енергије од 80Кv за тражено добро?

**Одговор :**

1. Минимално умањење дозе зрачења на кожи при нивоу енергије од 80kV треба да износи 53%.  
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**