



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1959.

Датум: 23.11.2017. године

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ АПАРАТА ЗА РАЗБИЈАЊЕ КАМЕНА У БУБРЕГУ

Број јавне набавке: 471К/2017

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – АПАРАТ ЗА РАЗБИЈАЊЕ КАМЕНА У БУБРЕГУ, број 471К/2017, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.11.2017. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр.1:

Na strani 19/43 u dodatnim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je u tački 6: „Услов кадровског капацитета:

1) Најмање два сервисера запослена на неодређено време, који су сертифицирани и обучени за сервисирање предметне опреме код произвођача исте“.

Број апарата за разбијање камена у бубрегу који су у функцији у Србији је толико мали да не постоји потреба запошљавања за неодређено време 2 или више сервисера за предметну медицинску опрему.

Molimo Vas da измените конкурсну документацију тако да гласи:

„Услов кадровског капацитета:

1) Најмање два сервисера који су сертифицирани и обучени за сервисирање предметне опреме код произвођача исте, од којих најмање један запослен на неодређено време“.

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

Питање бр.2:

Na strani 32/43 u ostalim obaveznim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je u tački 3: „Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:

а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.“

Želimo da Vam ukažemo na činjenicu da postoji određeni broj komponenti koje su tehnički potrošni materijal vezan za rad samog aparata, odnosno proizvođači ne odobravaju garantni rok koji odgovara opštem garantnom roku za kompletan sistem. U slučaju aparata proizvođača kojeg mi prodajemo u pitanju su sledeće komponente:

-Udarна glava garancija 1.000.000 udara pro rata ili 12 meseci šta prvo istekne,

-Varničar garancija 4.000.000 udara pro rata ili 12 meseci šta prvo istekne,

-Alu membrana garancija 1.000.000 udara pro rata ili 12 meseci šta prvo istekne,

-Kontaktна guma, direktan kontakt sa pacijentom, garancija je 12 meseci sem ako sem usled mehaničke istrošenosti nije potrebna ranija zamena.

Molimo Vas da измените конкурсну документацију и технички потрошни материјал изузмете из општег гарантног рока.

Одговор: Наручилац у свему остаје при захтевима из Конкурсне документације будући да је у питању набавка медицинске опреме – Апарата за разбијање камена у бубрегу, а не набавка потрошног материјала за исти. У прилогу бр.7, у Осталим обавезним условима, у тачки 3 дефинисан је захтев наручиоца у погледу дужине трајања гарантног рока: „ Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.“ Овај захтев се дакле односи на набављену медицинску опрему, у овом случају на Апарата за разбијање камена у бубрегу, а не и на потрошни материјал који исти користи.

Питање бр.3:

Na strani 30/43 u ostalim obaveznim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je: „1.13 Ulazna visina stola sa oblogom je 795 mm“.

Želimo da Vam ukažemo na činjenicu da je navedena karakteristika neuobičajena za pacijent stolove sa opcijom Trendelenburg zakošenja.

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju tako da glasi:

„1.13 Ulazna visina stola sa oblogom je najviše 820 mm“.

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

Питање бр.4:

Na strani 30/43 u ostalim obaveznim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je:

„1.15 Raspon visine kretanja stola je 320mm“.

Želimo da Vam ukažemo na činjenicu da je navedena karakteristika neuobičajena za pacijent stolove sa opcijom Trendelenburg zakošenja.

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju tako da glasi:

„1.15 Raspon visine kretanja stola je najmanje 200mm“.

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

Питање бр.5:

Na strani 31/43 u ostalim obaveznim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je: „3.5 Orbitalni pravac skeniranja prema fokusu je promenljiv u opsegu od 90°“.

Molimo Vas da nam omogućite učestvovanje u postupku javne nabavke i izmenite konkursnu dokumentaciju tako da glasi: „3.5 Orbitalni pravac skeniranja prema fokusu je promenljiv u opsegu od 88°“.

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

Питање бр.6:

Na strani 31/43 u ostalim obaveznim uslovima za učešće u postupku u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj na Portalu javnih nabavki 10.11.2017. godine pod brojem dokumenta 20171110162957, navedeno je u tački 4.3 između ostalog: „Izbor opcija fluoroskopija/ snapshot/ film mod;“.

Molimo Vas da potvrdite da se pod opcijom „film mod“ podrazumeva „cinemod“, odnosno mogućnost snimanja fluoroskopske studije.

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
