



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 01.02.2018.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Услуге одржавања - РТГ апарата, произвођача Philips**

**Број јавне набавке 534Т/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:**

**Питање:**

1. Како сте у конкурсној документацији навели да су Вам потребне услуге одржавања за РТГ апарат Practix 33+ и 100+ молимо Вас да нам одговорите да ли је за наручиоца прихватљиво да за делове из понуђеног ценовника за РТГ апарат Practix 33+ и 100+ не гарантујемо доступност током целог трајања уговора из разлога што су поменути апарати више не производе, тј. изашли су из периода сервисирања.

Како сам произвођач Philips, РТГ апарата Practix 33+ и 100+ не гарантује доступност резервних делова за поменуте апарате током целог трајања уговора, молимо Вас да усвојите наше молбе као јединог овлашћеног дистрибутера и сервисера медицинске опреме за територију Републике Србије.

**Одговор:**

1. Сугестије потенцијалног понуђача су већ укључене у конкурсну документацију тако да наручилац остаје при својим захтевима из конкурсне документације.

**Клинички центар Србије  
КОМИСИЈА**