



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 19.01.2018.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Услуге одржавања - скенера, произвођача Shimadzu**

**Број јавне набавке 536Т/2017**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на сајту Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на Захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Питање:**

1. Страна 13 од 48 конкурсне документације:
  - **Паушал на месечном нивоу** за превентивно и текуће сервисирање скенера SCT7800TC
    - Превентивно сервисирање се врши по методологији и динамици прописаној од стране произвођача опреме.
    - Текуће сервисирање обухвата неограничен број сервисних интервенција на основу пријаве квара, као и мање резервне делове, а који ће бити евидентирани у радном налогу.

С обзиром да скенер нема потребну подршку, требало би изменити овај део конкурсне документације (предлог је на начин у прилогу):

  - **Паушал на месечном нивоу** за превентивно и текуће сервисирање скенера SCT7800TC
    - Превентивно сервисирање се врши по методологији и динамици прописаној од стране произвођача опреме
    - Текуће сервисирање обухвата неограничен број сервисних интервенција на основу пријаве квара, као и мање резервне делове, **узузев РТГ цеви и склопа детектора Х-зрака**, а који ће бити евидентирани у радном налогу.

**Одговор:**

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

**Клинички центар Србије  
КОМИСИЈА**