



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ бр. 35А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.01.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

1. Овим путем Вам се обраћамо поводом поступка јавне набавке добара – Хируршки шавни материјал-стаплери број 35А/2018 који спроводи Клинички центар Србије за појашњење везано за партију 1 – циркуларни стаплери. Увидом у конкурсну документацију уочили смо да за поменути партију нису наведена никаква дозвољена одступања. Наиме, техничка спецификација у партији 1 – циркуларни стаплер –закривљени са самообарајућом главом има елеминишући карактер за све потенцијалне понуђаче осим оног ко је дистрибутер произвођача за чија сте се добра унапред определили. Сматрамо непотребним да Вам укажемо на то од ког произвођача желите да набавите добра. Уколико грешимо, молимо Вас да нам наведете која два произвођача поседују добра са наведеним карактеристикама и стриктно наведеним количинама. Овакво стриктно дефинисане величине стаплера без дозвољених одступања су противне Закону о јавним набавкама и представљају директно кршење члана 10. и члана 12.ЗЈН, јер апсолутно ограничава конкуренцију и своди понуду на само једног понуђача. Напомињемо да димензије стаплера варирају од произвођача до произвођача и да сви произвођачи немају у понуди исте димензије стаплера, те стога стављањем свих тражених димензија у исту партију болница у великој мери ограничава конкуренцију. Сматрамо да дозвољена одступања у димензијама стаплера не ремете рад хирурга нити угрожавају пацијената, а тиме је обезбеђена већа конкуренција у складу са ЗЈН. Сходно свему горе наведеном, молимо Вас да дозволите одступања од мин. 5%-10% у димензији стаплера што је стандард дозвољених одступања у осталим јавним набавкама, као и да стаплере раздвојите у засебне партије по величинама, како би сте омогућили већу конкуренцију и избегли фаворизовање одређеног понуђача.

**ОДГОВОР:**

1. Све наведено у конкурсној документацији и дефинише стаплере кој и су потребни КЦС, тако да нема одступања у односу на димензију. То има своју оправданост која је више пута образлагана. Техничка спецификација за предметну јавну набавку је дефинисана на основу реалних потреба, потраживања, просечне потрошње као и специфичности инструмената. За дефинисане врста и количина стаплера, водили смо се потребама клиника кој е у свом свакодневном раду користе механичке шиваче, стаплере. Партија бр.1, подразумева стаплере закривљене са самообарајућом главом у задатим димензијама. Потреба за оваквим инструментима је изражена поготову код високо специјализованих хируршких интервенција на једнаку, желуцу и ректуму.