



---

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - СТАПЛЕРИ бр. 35А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.01.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

### ПИТАЊЕ:

1. Да ли Наручилац у ЈН 35А/2018 - Хируршки шавни материјал - стаплери, у партији 22, подразумева – артикулационо пуњење 60мм за средње/дебело ткиво са варијабилном величином кланфица за кратки линеарни кутер?

### ОДГОВОР:

1. Партија бр.22 се односи на линеарно пуњење 60mm са варијабилном величином клафница за средње/дебело ткиво, и са закривљеним врхом за кратки линеарни кутер.