



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. 40А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 26.01.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партија 11- Rukavice latex – да ли је прихватљиво за наручиоца да се достави једно паковање а100 комада од било које величине?
2. Партија бр.13 - Rukavice hirurške sterilne – да ли је прихватљиво за наручиоца да се достави по 1 пар од сваке величине рукавица?
3. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за једну ставку понуди више каталожских бројева истог производа истог произвођача по истој цени и условима понуде и да ли се у том случају доставља само један узорак било ког понуђеног каталожског броја обзиром да се ради о производу индентичних техничких карактеристика?
4. Наиме, за партије бр.33 и 34:

33-Sterilni antibakterijski filteri bez ovlaživača – adultni,

34-Sterilni antibakterijski viralni filter sa pasivnim ovlaživačem disajnog vazduha – adultni,

Траже се стерилни филтери, те молимо Тендерску Комисију за појашњење на основу чега ће бити утврђена стерилност филтера, будући да за наведене партије нисте захтевали узорак.

У циљу неоспорног доказивања стерилности, да ли је неопходно уз извод из каталога доставити и доказ о стерилности филтера, као што је оригинална налепница и оригинално упутство произвођача, где се јасно може видети стерилност производа и метод стерилизације филтера? Или је неопходно доставити узорке филтера на основу којих се такође неспорно може утврдити испуњавање захтева из техничке спецификације?

5. Поводом објављеног позива Клиничког центра Србије за јавну набавку добара Медицинског потрошног материјала опште намене, између осталог - *Kesa za kolostomu F 40, 50, 60mm sa sistemom za zakopčavanje na kesi, сматрамо да су за конкретни производ неопходна одређена појашњења или евентуалне измене конкурсне документације.*

Наиме, медицински потрошни материјал – стома помагало (за колостому), се ставља на предњи трбушни зид пацијената и састоји се од два одвојена дела, диска који се лепи на кожу, са системом за закопчавање и кесе која се качи на диск, која служи за пражњење црева.

Мишљења смо да је предмет јавне набавке –диск и кесе за колостому објективно недељиви да заједно представљају једно добро, односно функционалну целину, која служи пацијентима са оперисаним цревима.

У члану 4.Закона о јавним набавкама предвиђено је да предмет уговора о јавној набавци добара може бити куповина добара, закуп добара, услуга или друго, као целина.

Као што је Вам је познато, кесе не могу никако да се користе одвојено од диска, и обрнуто диск не може да се користи одвојено од диска, и обрнуто диск не може да се користи одвојено од кесе, с тога молимо да нам одговорите на следеће питање:

1. Молимо да појасните које дискове имате, односно чијег произвођача како би се комплетирали са кесом за колостому?
2. Такође, наше питање је да ли одговара Вашој спецификацији кеса за колостому 40, 50, 60mm заједно у комплекту са диском, на коме се налази систем за закопчавање обзиром да представљају једну функционалну целину?

Наша фирма нуди производ који има систем/механизам за закопчавање на диску, а не на кеси, што је функционално потпуно неважно, будући да се и кесе и диск за колостому употребљавају искључиво заједно на пацијентима, те на суштински једнак начин испуњавају услове тражене спецификације.

Такође, овим указујемо наручиоцу на овај евентуални недостатак конкурсне документације, који би за последицу имао давање предности или елиминацију појединих понуђача који имају систем за закопчавање на самом диску.

С тим у виду, мишљења смо да би конкурсна документација у овом делу морала да се промени, како би била у складу са члановима 4, 71 и 72.Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац истиче да се за партију бр. 11 - доставља узорак и то: једно паковање од 100 комада било које величине.
2. Наручилац истиче да се за партију бр. 13 - доставља узорак и то: 1 пар од било које величине рукавица.
3. Могуће је у оквиру једне партије/ставке понудити добра са различитим каталожским бројевима истог произвођача или различитог произвођача, по истој цени, уколико свако добро испуњава у потпуности захтеване техничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом. Потребно је доставити узорак за свако понуђено добро.
4. Наручилац истиче да за партије бр. 33 и 34 није потребно доставити узорак, али је потребно уз извод из каталога доставити одговарајући доказ о стерилности филтера, као што је: оригинална налепница, оригинално упутство произвођача или други одговарајући доказ из кога се јасно и недвосмислено може утврдити стерилност производа и метод стерилизације филтера.
5. Наручилац се приликом дефинисања спецификације из партије број 30 руководио искључиво својим потребама.Имајући у виду да по раније закљученом уговору наручилац поседује одређене количине Colorplast дискова, тако да је потребно понудити само кесе које су компатибилне са наведеним дисковима.