



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

---

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 04.09.2018.  
БРОЈ: 1201

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Додатна опрема за терапију кисеоником**  
**Број јавне набавке 115KM/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на „Порталу јавних набавки“, на интернет страници Клиничког центра Србије и на порталу „Службеног гласника“ Републике Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊА:**

**За партију бр. 2**

**Овлаживач са пластичним навојем**

1. Да ли је тражени овлаживач предвиђен за тражени протокомер из партије бр. 1?
2. Који прикључак треба да буде на овлаживачу у делу где се монтира на протокомер?
3. Да ли ће наручилац прихватити овлаживач са металним навојем који представља бољу техничку карактеристику из разлога што су се прикључци са пластичним навојем показали као јако непоуздани?

**За партију бр. 4**

**Регулатор притиска за машину за дисање за O<sub>2</sub>**

4. Који излазни прикључак са регулатора одговара машини за дисање „OXYLOG“ (2,7 – 6 bar)
5. Којих димензија треба да буде излазни прикључак на регулатору притиска којим се снабдева машина за дисање?

**ОДГОВОРИ:**

1. Добро које се нуди у партији број 2 – „Овлаживач“, мора бити компатибилан са добром из партије број 1 – „Протокомер убодни“.
2. Овлаживач и протокомер су спојени навојем, док је спој између овлаживача и црева за маску за дисање убодни.
3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.
5. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**