



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 07.05.2018.

БРОЈ: 659

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ХИРУРШКИ ШАВНИ МАТЕРИЈАЛ - КОНЦИ

Број јавне набавке 173А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. У обрасцу техничких карактеристика у појединим ставкама су тражени детаљни описи дебљине игала, изражене у микронима и попречном пресеку. У захтеву наручиоца стоји да је обавезно да на достављеним узорцима на унутрашњем паковању морају бити јасно назначене све техничке карактеристике. Обзиром да се ни код једног произвођача на кесици не налази податак о попречном пресеку игле, већ се податак налази у сертификату анализе сваког појединачног LOTA, да ли је као доказ валидан сертификат анализе у коме се налази податак о попречном пресеку игле?

2. Како се доказује тражени састав игле, наведена у техничкој спецификацији "okrugla igla izrađena od legure visokog kvaliteta TIPA 455" и "округла MULTI PAS за калцификоване крвне судове"?

ОДГОВОРИ:

1. Обавеза је наручиоца да конкурсном документацијом што детаљније опише предмет набавке. Дебљина игала нити њихово обележавање није тражено за сва добра, већ само за поједине ставке у оквиру партије које су битне крајњим корисницима. За нас је битно да се захтеване карактеристике налазе на паковању узорака из разлога што навођењем свим битних карактеристика на паковању можемо обезбедити да наш медицински кадар у сваком тренутку, приликом одабира материјала за шивење у операционим салама и амбулантама, пред собом има све податке о добрима које користе, како би њихов избор, нарочито у хитним ситуацијама, био непогрешив. Такође, сви подаци уговорених добара морају бити наведени на паковању хируршких конаца у циљу контроле робе при испоруци добара у магацину наручиоца. Све тражене карактеристике морају бити наведене на паковању узорка као и на роби која ће се касније испоручивати.

2. Што се тиче доказивања, наручилац утврђује да ли је тражено добро у складу са захтевом из конкурсне документације, на основу оригиналног каталога као и узорака на којима морају бити наведене техничке карактеристике.

С обзиром да смо навели у техничкој спецификацији „округла игла израђена од легуре високог квалитета TIPA 455” према сазнањима која су доступна у стручној литератури и релевантним клиничким студијама, игле које припадају легури 455 су игле комерцијалног назива Surgalloy i Ethalloy. Игле легуре типа 455 су изузетно чврсте, за разлику од легура типа 300 или 420 које су склоне савијању.

Ове легуре садрже високе концентрације никла и препоручују се за употребу у кардиоваскуларној хирургији. Легура типа 455 има значајно већу тензиону чврстоћу у поређењу са осталим легурама нерђајућег челика, омогућајући супериорну растегљивост и отпорност.

Тражена „округла MULTI PAS за калцификоване крвне судове“ има омотач израђен од двоструке силиконизације, који омогућава лагану пенетрацију приликом вишеструког проласка игле кроз крвне судове, што је и био захтев конкурсне документације.

Стога још једном напомињемо, да ћемо тражени састав игле проверавати на основу оригиналног каталога и достављеног узорка.

Комисија за јавну набавку