



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 25.6.2018.

БРОЈ: 889

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 213К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. У партији 5 сте захтевали следеће техничке карактеристике:

"Пресек снопа ФО влакана минимално \geq 4,5 мм

Састав снопа 6400-6600 индивидуалних ФО влакана"

Да ли прихватате понуду ларингоскопа са пресеком снопа влакана од 4 мм и саставом снопа од 6500 индивидуалних влакана, обзиром да је разлика врло мала, а притом тањи сноп представља и предност због смањених димензија, а обезбеђује исту, ако не и бољу осветљеност при раду.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ