



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.6.2018.

БРОЈ: 868

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 213К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Како је велики број медицинског особља леворуко, служење опремом намењеном за десноруке, представља отежавајућу околност за корисника будући да услед специфичности коришћења мерача за притисак то може довести и до непрецизног коришћења сензитивног вентила какав је тражен конкурсном документацијом, па самим тим и непрецизног мерења. Како су данас на тржишту доступни уређаји који се врло лако могу прилагодити и десноруким и леворуким корисницима, молимо Наручиоца да листу минималних техничких карактеристика измени тако да истој придода захтев:

"Могућност пребацивања са уређаја за десноруке на уређај за леворуке једним кораком."

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ