



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 25.6.2018.

БРОЈ: 890

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)

Број јавне набавке 213К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. Партија 12, позиције 3 и 4: На које волумене мерења се односе наведене непрецизности и нетачности?

2. Партија 12, Позиција 3 – Аутоматска пипета 20-200ul-

Да ли је за наручиоца прихватљива тачност: 2.5% (0,5ul) за 20ul одн. 0,6% (1,2ul) за 200ul;
прецизност: 0,7% (0,14ul) за 20ul одн. 0,2% (0,4ul) за 200ul.

3. Партија 12, Позиција 4 – Аутоматска пипета 5-50ul -

Неки од захтеваних квалитета немају пипету опсега 5-50ul. Да ли је прихватљиво понудити пипету опсега 10-100ul, са тачности:

тачност: 3% (0,3ul) за 10ul одн. 0,8% (0,8ul) за 100ul;
прецизност: 1% (0,1ul) за 10ul одн. 0,2% (0,2ul) за 100ul

ОДГОВОРИ:

1. Односе се на тражени опсег волумена.

2. За наручиоца су прихватљиве све ове непрецизности и нетачности.

3. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ