



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 924.

Датум: 04.07.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 3
Број јавне набавке: 241К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 3, број 241К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.06.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.4: ИНФУЗИОНЕ И ШПРИЦ ПУМПЕ

Питање број 1: „Наруčilac је у оквиру листе минималних техничких карактеристика за партију бр. 4- Инфузионе и шприц пумпе, дефинисао димензије уређаја, као и тежину уређаја. Јасно је да је за уређаје попут инфузионих пумпи мобилност важан фактор те је дефинисање тежине несумњиво оправдана. С друге стране, овако уско дефинисање димензија уређаја попут инфузионих пумпи чије су димензије релативно мале код свих произвођача свакако представља кршење чланова 10 и 12 Закона и јавним набавкама, тј. директна повреда Наčела о обезбеђивању конкуренције и Наčела о једнакости будући да такав захтев не представља ништа друго до елиминаторски услов за потенцијалне понуђаче у процесу припремања адекватне понуде.

Оваквим дефинисањем долазимо до ситуације да понуђач не може учествовати у процесу јавне набавке зато што је нпр. ширина уређаја који нуди за центиметар-два већи од захтеване а да притом поседује уређај далеко бољи од оног који се тражи. При томе, разлика од пар центиметара апсолутно не представља функционално важну разлику ни за транспорт ни за смештање а ни за само коришћење уређаја, с обзиром да се тежина не менја.

Из свега наведеног, молимо Наручиоца да наведени захтев избрише из листе минималних техничких карактеристика и поступи у складу са члановима 70 и 71 ЗЈН-а или да омогући толеранцију од ± 3 cm што свакако не представља функционално битну разлику а омогућиће учеšће већег броја потенцијалних понуђача који нуде квалитетне уређаје реномираних светских произвођача који би у потпуности одговорили захтевима ваше установе.

Одговор: Наруčilac ће на ово питање одговорити кроз измену конкурсне документације.

Питање број 2: „У оквиру партије бр. 4, наруčilac је дефинисао под захтевом бр. 1.13 podešavanje осетљивости аларма зачепљенја у 100 корака. Ова карактеристика апсолутно нема клиничку примену будући да су у питању изузетно мале разлике те свакако не може представљати „објективну потребу“ наручиоца. Овим путем молимо наручиоца да уважи нашу сугестију и прихвати podešavanje осетљивости аларма зачепљенја у најмање 9 корака.

Одговор: Наруčilac ће на ово питање одговорити кроз измену конкурсне документације.

Питање број 3: „Наруčilac је за партију бр. 4 дефинисао захтев под бројем 1.17., и то: „Rad на батерији min 6 sati при протоку од 25 ml/h“. Овим путем молимо наручиоца да ради повећања листе потенцијалних понуђача измени наведени захтев тако да гласи: „Rad на батерији min 5 sati при протоку од 25 ml/h

Одговор: Наруčilac ће на ово питање одговорити кроз измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
