



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 Београд, Пастерова бр.2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 935.

Датум: 05.07.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 3  
Број јавне набавке: 241К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 3, број 241К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.06.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Партија бр.1: РЕСПИРАТОР**

**Питање број 1:** „Везано за Вашу измену конкурсне документације од 04.07.2018 за ЈН бр. 241К/2018, Партија 1 - респиратор, јоше једно апелујемо да измените текст захтева 1.8 да исти буде у складу са чл.72 став 4, Закона о јавним набавкама, тако што ћете уместо термина "еквивалентан" користити термин " или одговарајуће". Као што смо у више наврата објаснили, заинтересовани понуђачи морају имати могућност да понуде своја одговарајућа решење **према клиничком захтеву** који сте навели у опису 1.8, доказујући да **сесуштински** испуњава, а не да доказују еквивалентност патентних модова међу конкурентним патентима које сте набројали, јер је то нелогично, јер сви до једног представљају интелектуалну својину и постојаће проблем са вештачењем такве "еквивалентности модова" (по ком критеријуму). Праовремено Вас упозороавмо да стваарате ситуацију у којој нећете моћи да донесете одлуку, обзиром како тренутно Ваш захтев гласи.

Да ли можете текст захтева 1.8 да измените да гласи :

**"Поседује неки од напредних модова вентилације намењен процени одвикавања и одвикавању пацијента од механичке вентилације на пример PPS или IntelliVent(ASV) или PAV+ или NAVA или други одговарајући наведеној намени"**

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.

**Питање број 2:** „Сходно горе датом образложењу неопходно је да се коригује текст на стр.32. Обавезних услова за Партију 1, под тачком 5, и то реченицау вези доказивања захтева 1.8. Уместо реченице: *"Еквивалентност понуђеног мода вентилације (који је захтеван тачком 1.8) такође се доказује оригиналном изјавом произвођача понуђене опреме"*, предлажемо измену да ова реченица гласи:

**"За доказивање карактеристике под тачком 1.8, неопходно је такође доставити и оригиналну изјаву произвођача понуђене опреме."**

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације. Тачком 5, Прилога бр.7 „Остали обавезни услови“ Конкурсне документације, наручилац је већ предвидео да уколико нека од карактеристика није садржана у каталогу, да је понуђач дужан да исту докаже оригиналом изјаве произвођача понуђене опреме.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

---