



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 895

Датум: 28.06.2018

**Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара –Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина) број 259А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 21.06.2018. године.**

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

**ПИТАЊЕ:**

1. Наручилац је одредио као предмет јавне набавке:

Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе, финалне концентрације Na 138-140 mmol/L са садржајем Ca 1,25 mmol/l или 1,50 mmol/l, 1,75 или mmol/l и садржајем магнезијума 0,5 mmol/l или 1 mmol/l

док у делу напомене и техничке карактеристике траженог добра захтева достављање узорака и то 2 комада.

Предмет јавне набавке на начин како је одредио Наручилац обухвата 14 различитих концентрата за би Понуђач био у обавези да достави као узорак. Имајући у виду да концентрат спада у заједнички материјал за све типове машина, и да смо Вашој установи наведене концентрате већ испоручивали претходних година, као и да је реч о канти од 10 литара и да Наручилац захтева по 2 узорка, молимо Наручиоца да из разлога целовитости и ефикасности поступка јавне набавке измени конкурсну документацију на начин да је Понуђач у обавези да достави Изјаву којом потврђује да је у претходном периоду испоручивао добра која су предмет ове јавне набавке са истим техничким спецификацијама.

**ОДГОВОР:**

1. За пробу треба доставити 1 канту – концентрат дијализни, кисели са или без глукозе финалне концентрације Na 138-140 mmol/l, Ca 1,75mmol/l, и садржајем магнезијума 0,5 или 1,0 mmol/l, по избору понуђача. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у наведеном делу.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ