



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 13.11.2018.
БРОЈ:1450

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: Мобилни рендген апарати
Број јавне набавке 337К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Клиничког центра Србије

**У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац, Клинички центар Србије, овим путем
даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:**

ПИТАЊА:

1. На страни 32 од 51 конкурсне документације, тачка 1.1 Минималних техничких карактеристика за партију 1, тражено је између осталог: Распон мАс мин. 0.5-300 мАс.
Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.
Питање број 1: Молимо Вас да измените овај захтев тако да гласи: Распон мАс мин. 0.5-200 мАс.

2. На страни 39 од 51 конкурсне документације у осталим обавезним условима, тачка 2.1 за партију 2, тражено је између осталог: Мануелни или аутоматизовани колиматор са ротацијом мин. +/-90° са интегрисаним екраном за промену радних параметара и приказ прелиминарне слике са детектора.
Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.
Питање број 2: Молимо Вас да измените овај захтев тако да гласи: Мануелни или аутоматизовани колиматор са ротацијом мин. ±90°.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац остаје при захтеву који је наведен у конкурсној документацији.
2. Наручилац остаје при захтеву који је наведен у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ