



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1340

Датум: 17.10.2018.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема
Број јавне набавке 366К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема, број 366К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.09.2018.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање бр 1: Партија 3.

- навели сте спецификацију у тачки 3.1. Оба ока. Наведена спецификација одговара само једном произвођачу, па молимо наручиоца да потврди да ће прихватити понуду од понуђача чија камера снима само једно око, с обзиром да стимулус изазива симетричну и синхрону стимулацију оба ока па је сасвим довољно пратити само једно око ради добијања валидних резултата теста, а апарат објективно задовољава сврху и намену медицинске опреме?

Одговор: Измена конкурсне документације од 10.10.2018.

Питање бр 2:

Партија 5.

- навели сте спецификацију у тачки 5.3. **CE Chirp stimulus**. Наведена спецификација одговара само једном произвођачу, па молимо наручиоца да потврди да ће прихватити понуду од понуђача чија понуда има стимулус широкопојасни цлицк и тонебурст – једноличан тон, с обзиром на чињеницу да у Вашој установи већ постоји овакав уређај у центру за рехабилитацију у Светог Саве где су корисници изузетно задовољни са постојећим уређајем-апаратом, а апарат објективно задовољава сврху и намену медицинске опреме?

Одговор: Постоји више произвођача који поседују CE Chirp stimulus. Независно од тога, постојање CE Chirp stimulus стимулуса прадставља предност у клиничком и истраживачком раду која се не може заменити широкопојасним цлицком и тоне бурстом. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање бр 3:

Партија 7.

- навели сте спецификацију у тачки 7.7. Приказ на дисплеју у боји, као и спецификацију у тачки 7.8. могућност повезивања на РС, могућност рада без повезивања на РС. Обзиром да оваква спецификација не утиче на функционалност уређаја већ је то само опција, молимо наручиоца да потврди да ће прихватити понуду понуђача, чији уређај уз ПЦ рачунар обезбеђује приказ у боји, а уређај испуњава апсолутно све захтеве за клиничким испитивањем пацијената, чиме апарат објективно задовољава сврху и намену медицинске опреме? РС рачунар ће обезбедити понуђач о свом трошку.

Одговор: Постојање приказа аудиограма на самом аудиометру представља за наше услове рада велику предност због расположивог простора и мобилности апарата у оквиру установе (један апарат уместо два). Такође, „Stand alone “ аудиометар са приказом аудиограма на сопственом дисплеју не зависи од исправности рачунара, нити од присуства рачунара, што је јасна предност. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање бр 4: У тендерској документацији на страни 35 у оквиру прилога 7, под остали обавезни услови, трази се под тацком 8.: ИСО 13485 као и ИСО 9001 за производјаца. Обзиром да произвођачи морају да имају ИСО 13485 а не ИСО 9001 да ли је могуће да се овај захтев промени и трази само ИСО 13485. Такође ова медицинска средства су регистрована у АЛИМС-у и АЛИМС није тражио ИСО9001 већ ИСО13485.

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Питање бр 5: За све партије сте навели у осталим обавезним условима да понуђач треба да достави ИСО 13485 и ИСО 9001 од произвођача опреме. Како је ИСО 13485 кровни стандард за произвођаче медицинске опреме, стандард ИСО 9001 је укључен у стандард ИСО 13485, па молим наручиоца да прихвати сугестије потенцијалног понуђача да је довољно да се достави само стандард ИСО 13485.

Одговор: Наручилац није навео за све партије у осталим обавезним условима да понуђач треба да достави ИСО 13485 и ИСО 9001 од произвођача опреме. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
