



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД , Пастерова 2,
СРБИЈА

Број: 1331

Датум: 15.10.2018. године.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller-пацијент каблови за ЕКГ апарате, број јавне набавке: 390Т/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.10.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

„У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12 и 68/15) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку ЈН 390Т/2018 Технички потрошни материја за медицинску опрему произвођача Schiller-пацијент каблови за ЕКГ апарате, молимо Вас да нам одговорите на питање:

Питање 1

Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да се понуда достави за следеће моделе ЕКГ апарата: Модели ЕКГ апарата за које се врше набавке су: АТ-1, АТ-plus, АТ-60, АТ-101, АТ-102 и CS200. односно да кат. бр. 2400070 или еквивалент одговара свим наведеним моделима.

Увидом у јавно доступне Schiller спецификације, јасно је уочљиво да АТ1, АТ2plus , АТ101, АТ102 користе исти пацијент кабл који је еквивалент наведеном каталожком броју из спецификације наручиоца.

Модлеи АТ60 и CS200 користе други ЕКГ кабл, заведен под другим каталожким бројем. Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију.

Молимо Вас да у складу са чланом 63.став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени Гласник број 124/12), одговорите на постављено питање“.

ОДГОВОР:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са питањем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ