



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**  
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

**Број: 102**

**Датум: 28.01.2019.**

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Медицинска опрема**  
**Број јавне набавке 478К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема, број 478К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.01.2019.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање: Партија 1 - Операциони микроскоп:

- На страни 30 конкурсне документације, под тачком 1.14 наводи се да дужина руке треба да буде 1440мм. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да дужина руке буде 1.220мм?

**Одговор:** Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

- На страни 30 конкурсне документације, под тачком 1.6, ставка 5 - команда за пребацивање са коаксијалног на косо светло. Молим Вас за појашњење шта је косо светло и каквом командом се пребацује (под којим углом је косо светло и чему служи)?

**Одговор:** Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

---