



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:

Датум: 01.02.2019.

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Медицинска опрема
Број јавне набавке 478К/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници

Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Медицинска опрема, број 478К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 10.01.2019.године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питања за Партију бр. 1 - Операциони микроскоп:

1. За ставку 1.6 таčka 4: Тражимо да се брише ова техничка карактеристика, јер се коси са траженом карактеристиком у ставци 1.1 (Halogeno коаксијално светло).

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

2. За ставку 1.6 таčka: Тражимо да се брише ова карактеристика јер је у ставци 1.1 тражено да микроскоп има halogeno коаксијално светло.

Одговор: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

3. За ставку 1.12: Тражимо да се дефинише шта се тачно подразумева под изразом “antimikrobски слој”?

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

4. За ставку 1.14: Тражимо да се брише ова карактеристика као irelevantна, јер pokretno постоје микроскопа и рука микроскопа која поседује зглоб апсолутно омогућавају извођење свих хируршких интервенција и различите приступе пацијенту у зависности од хируршке технике оператора.

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

5. За ставку 1.15: Да ли се под изразом “foto-video adapter” мисли на могућност надogradње микроскопа камером или се тражи да микроскоп већ има интегрисану камеру?

Одговор: Да, мисли се, не тражи се да већ има интегрисану камеру.

6. Molimo вас да измените конкурсну документацију у делу који се односи на додатни услов у којем се доказује кадровски капацитет у којем је наведено да да понуђач треба да има најмање 2 сервисера, тако да буде довољно да понуђач у радном односу има minimum 1 (једног) радно ангажованог сервисера који је обучен за сервисирање и одржавање опреме која је предмет набавке, што је сасвим довољан услов за учешће у предметној јавној набавци, који не ограничава конкуренцију међу понуђачима.

Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
