



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова бр.2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1652.

Датум: 24.12.2018. године

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 7
Број јавне набавке: 480К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 7, број 480К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.12.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Партија бр.1: КРЕВЕТ ЗА ЈИИ

У конкурсној документацији број 480К/ 2018, у техничкој спецификацији тражи се:

Питање бр.1: „1.4 Segmenti kreveta ispunjeni HPL pločama koje se jednostavno skidaju, radi dezinfekcije. Da li je moguće ponuditi krevet sa segmentima ispunjenim ABS plastikom ?“

Одговор: **Обзиром да су се плоче од HPL болје показале у пракси због своје чврстине и лакше дезинфекције због глаткоће површине, за корисника није прихватљиво да сегменти буду испуњени ABS пластиком.**

Питање бр.2: „1.6 Dvosegmentne bočne ograde, izradjene od livenog polipropilena uz primenu antibakterijske tehnologije sa sistemom jednostavnog spuštanja jednom rukom. Da li je moguće ponuditi dvosegmentne bočne stranice izradjene od ABS plastike ?“

Одговор: **За наручиоца је прихватљиво да двосегментне бочне странце буду израђене од ABS пластике уз примену антибактеријске технологије, са системом једноставног спуштања једном руком. У складу са тим, тражена карактеристика ће бити допуњена и гласиће:**

„Dvosegmentne bočne ograde, израђене од ливеног полипропилена или ABS пластике уз примену антибактеријске технологије са системом једноставног спуштања једном руком.“

Питање бр.3: „1.8 Ukupna širina kreveta sa bočnim ogradama maksimalno 970 mm. Da li je moguće ponuditi krevet sa ukupnom širinom sa bočnim ogradama 990 mm ?“

Одговор: **За наручиоца није прихватљиво да укупна ширина кревета са бочним оградима буде 990 mm због ограниченог простора за пролазе ка оделјенју и операционом блоку.**

Питање бр.4: „1.14 Električno podešavanje visine u min. rasponu od 410 mm do 840 mm. Da li je moguće ponuditi krevet sa električnim podešavanjem visine u rasponu 400 mm do 800 mm ?“

Одговор: **Обзиром да су се плоче од HPL болје показале у пракси због своје чврстине и лакше дезинфекције због глаткоће површине, за корисника није прихватљиво да сегменти буду испуњени ABS пластиком.**

Питање бр.5: „1.18 Električno podešavanje autokontur položaja, simultano podizanje naslona za min. 70 ° i naslona za butine min. 40 °. Da li je moguće ponuditi krevet sa električnim podešavanjem autokontur položaja, simultano podizanje naslona za min. 70 ° i naslona za butine 0 – 35 °?“

Одговор: **Обзиром на теško stanje pacijenata, за корисника није прихватљив кревет са мањим podešаванјима од тражених.**

Питање бр.6: „1.20 Autoregresija min 160 mm. Da li je moguće ponuditi krevet sa Autoregresijom 110 mm?“

Одговор: **Обзиром на теško stanje pacijenata, за корисника није прихватљиво смањење autoregresије**

Партија бр.2: НОЋНИ ОРМАРИЋ

У конкурсној документацији број 480К/ 2018, у техничкој спецификацији тражи се:

Питање бр.1: „2.2 Gornja ploča izradjena od HPL-a. Da li je moguće ponuditi noćni ormarić, sa gornjom pločom izradjenom od polietilena?“

Одговор: Obzirom da su se ploče od HPL bolje pokazale u praksi zbog svoje čvrstine i lakše dezinfekcije zbog glatkoće površine, za korisnika nije prihvatljivo da gornja ploča bude izrađena od polietilena.

Питање бр.2: „2.4 Dimenzije (ŠxDxV) minimum 430 x 400 x 880 mm. Da li je moguće ponuditi noćni ormarić sa dimenzijama (ŠxDxV) 450 x 490 x 860 mm?“

Одговор: Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača i vrši izmenu tražene karakteristike, tako da sada glasi:

Dimenzije (ŠxDxV): maksimalno 450x490x860 mm.

Партија бр.5: СЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ КИСЕОНИКОМ

Питање број 1: У делу „остали обавезни услови“ навели сте да понуђено добро мора да испуни минималне техничке карактеристике. С обзиром да ваш захтев није праћен речима „или одговарајуће“ чиме сте прекршили члан 71. ЗЈН и с обзиром да сте за ову партију навели техничке карактеристике једног јединог понуђача чиме сте прекршили и чл. 10 ЗЈН, што је јасно видљиво у ставци 5.4 где тражите да је кућиште протокомера израђено од алуминијума док је индикатор протока израђен од стакла а што на нашем тржишту има само један понуђач. Да ли чете прихватити или нећете прихватити одговарајуће или боље техничке карактеристике за тражено добро које су предвиђене Европским стандардом и који испуњавају највише стандарде квалитете ISO 15002:2008, а како је предвиђено чл.71.ЗЈН где је прецизно наведено следеће „наручилац не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра, услуге или радови не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге и радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда? Молимо вас да заинтересованом лицу дате кратак и прецизан одговор на постављено питање без преписивања и позивања на „минималне“ техничке карактеристике, јер су техничке спецификације за партију 5 написане прецизно према каталогу једног понуђача.

Одговор: Чланом 71. став 1. тачка 1. ЗЈН прописано је да је један од начина на који наручилац одређује техничке спецификације - са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона, и на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима "или одговарајуће";

Како се наручилац приликом одређивања техничких карактеристика није позвао на српске, европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, то наручилац није био ни дужан да техничке захтеве из конкурсне документације пропрати речима „или еквивалентно“.

Навод заинтересованог лица којим указује да су техничке карактеристике сачињене тако да одговарају само једном понуђачу су паушалне и непоткрепљене доказима. Технички захтев из конкурсне документације да кућиште протокомера буде израђено од алуминијума, а индикатор протока од стакла односи се само на материјал од кога су исти израђени и не може бити дискриминишући за било кога, посебно што има своје рационално објашњење:

Сетови за терапију кисеоником израђени од легуре алуминијума су површински заштићени поступком анодне оксидације. Овом врстом заштите алуминијума од корозије не формира се посебна превлака већ се на површини алуминијума формира слој Al₂O₃ који је немогуће одвојити од легуре алуминијума од које је кућиште израђено, па скидањем и поновним постављањем на инсталације кисеоника не долази до оштећења кућишта, што није слушај код сетова чије је кућиште израђено на пример од месинга пресвученог слојем хрома, код којих услед већег броја скидања и постављања на радно место, долази до оштећења превлаке хрома која је формирана преко кућишта израђеног од месинга. На тим деловима површине кућишта где је дошло до оштећења превлаке хрома, током времена долази до корозије месинга и промене боје истог, као и до питања ефикасности поступка стерилизације ових елемената сета за терапију кисеоником.

Имајући у виду проблем са сталним недостатком сетова за кисеоничку терапију, особље наручиоца је принуђено да сетове премешта са једног места на друго, односно „од једног до другог пацијента“. Из овог разлога наручилац се одлучио да кућиште протокомера буде израђено од алуминијума.

У Европи и свету постоји низ произвођача који нуде сетове чије је кућиште протокомера израђене од алуминијума: „Drager“ (Немачка), „Heyer Medica Ag“ (Немачка), „GSNK Health Care“ (Велика Британија), „SAIKANG MEDICAL“ (Кина), „SHIVALIK MULTITECH ENGINEERS“ (Индија).

Идеална ситуација је да сваки пацијент има свој сет за кисеоник.

Међутим, код наручиоца недостатак довољног броја кисеонички сетова, како је напред наведено, изискује премештање сета „од једног до другог пацијента“ што доводи и до већег броја стерилизација.

Управо из овог разлога наручилац је у минималним техничким карактеристикама инсистирао и да индикатор протока буде израђен од стакла а не било какве врсте пластичних материјала. Како сетови за терапију кисеоником, из напред наведеног разлога премештања „са пацијента на пацијента“ буду велики број пута стерилисани у аутоколавима на температурама од 134°C, уколико нису израђени од

стакла, индикатори протока временом мењају боју, матирају и постају непрозирни, што онемогућава медицинско особље да утврди проток кисеоника а самим тим представља ризик по пацијента. Имајући у виду све напред наведено, наручилац остаје при свим техничким захтевима који се односе на сетове за терапију кисеоником.

Партија бр.9: ФИБЕРОПТИЧКИ БРОНХОСКОП

Питање бр.1: Техничким карактеристикама за партију бр.9 фиброоптички бронхоскоп тражено је

9.3	Prečnik insercione tube: od 6,0 do 6,2 mm
9.4	Prečnik distalnog kraja: od 6,0 do 6,2 mm

Molimo vas da dozvolite da se ponude i bronhoskopi koji imaju prečnik distalnog kraja manji od 6,0 mm a u svemu ostalom zadovoljavaju tražene karakteristike.

Одговор: Наручилац остаје при захтевима из минималних техничких карактеристика.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
