

КЛИНИЧКИ

СРБИЈЕ



## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Пастерова бр. 2

11000 БЕОГРАД, Пастерова бр. 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 24. Статута Клиничког центра Србије, доносим:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА  
МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ - 7  
Број јавне набавке 480К/2018**

(За партију бр. 1: Кревети за ЈИИ и партију бр. 5: Сет за терапију кисеоником)

Наручилац уговоре о јавној набавци додељује на следећи начин:

Понуђачу „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш, за партију бр. 1 - Кревети за ЈИИ, у укупном износу од 3.264.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.916.800,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда оцењена благовременом, одговарајућом и прихватљивом.

| Редни број партије                          | НАЗИВ ДОБРА   | Количина (комад) | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-а) |                    |
|---|---------------|------------------|--|--------------------|
|   |               |                  | Јед. цена динара без пдв-а   | Вредност без пдв-а |
| 1   | Кревет за ЈИИ | 16               | 204.000,00   | 3.264.000,00       |
| Укупна вредност без ПДВ-а за Партију бр. 1: |               |                  |  | 3.264.000,00       |
| ПДВ :                                       |               |                  |  | 852.800,00         |
| Укупна вредност са ПДВ-ом за Партију бр. 1: |               |                  |  | 3.916.800,00       |

Понуђачу „DRAGER ТЕИИКА“ д.о.о. Београд за партију бр. 5 – Сет за терапију кисеоником, у укупном износу од 524.800,00 динара без ПДВ-а, односно 629.760,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда оцењена благовременом, одговарајућом и прихватљивом.

| Редни број партије                          | НАЗИВ ДОБРА                | Количина (комад) | ПОНУЂАЧ / БРОЈ ПОНУДЕ / ПОНУЂЕНА ЦЕНА, по јединици мере (динара без пдв-а) |                    |
|---|----------------------------|------------------|--|--------------------|
|   |                            |                  | Јед. цена динара без пдв-а   | Вредност без пдв-а |
| 5   | Сет за терапију кисеоником | 16               | 32.800,00  | 524.800,00         |
| Укупна вредност без ПДВ-а за Партију бр. 5: |                            |                  |  | 524.800,00         |
| ПДВ :                                       |                            |                  |  | 104.960,00         |
| Укупна вредност са ПДВ-ом за Партију бр. 5: |                            |                  |  | 629.760,00         |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 04.12.2018. године донео Измену Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 14681, у отвореном поступку, ЈИИ број 480К/2018, за набавку - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА - 7, ознака из општег речника набавке – 33100000.

Подаци из Плана набавки: Редни број 95, средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији конто – 5125.

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 17.800.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Јавна набавка је обликована у 9 (девет) партија.

Процењена вредност по партијама, у табели која следи:

| Р.бр. партије | Добра                      | Конто | Процењена вредност партије (динара без ПДВ) |
|---------------|----------------------------|-------|---|
| 1             | Кревети за ЈИИ             | 5125  | 4.000.000,00                                |
| 2             | Ноћни ормарићи             | 5125  | 656.000,00                                  |
| 3             | Пацијент монитори          | 5125  | 5.600.000,00                                |
| 4             | Респиратор                 | 5125  | 2.500.000,00                                |
| 5             | Сет за терапију кисеоником | 5125  | 544.000,00                                  |

|   |                         |      |              |
|---|-------------------------|------|--------------|
| 6 | Инфузиона пумпа         | 5125 | 840.000,00   |
| 7 | Мобилни аспиратор       | 5125 | 1.280.000,00 |
| 8 | ЕКГ апарат              | 5125 | 180.000,00   |
| 9 | Фиброоптички бронхоскоп | 5125 | 2.200.000,00 |

Поступак отварања понуда спроведен је дана 14.01.2019. године.

Основни подаци о понуђачима:

У предметном поступку јавне набавке учешће је узело 11 (једанаест) понуђача, и то:

| Заводни број понуде | Датум достављања понуде | ПОНУЂАЧ                                    |
|---------------------|-------------------------|--|
| 236                 | 11.01.2019.             | „PAROCO MEDICAL EQUIPMENT“ д.о.о. Нови Сад |
| 256                 | 11.01.2019.             | „BBRAUN ADRIA RSRB“ д.о.о. Београд         |
| 271                 | 11.01.2019.             | „PTM“ д.о.о. Шабац                         |
| 285                 | 14.01.2019.             | „MEDICINSKA TEHNIKA“ д.о.о. Београд        |
| 286                 | 14.01.2019.             | „MIOLAB SMV“ д.о.о. Београд                |
| 288                 | 14.01.2019.             | „PROFESIONAL MEDIC“ д.о.о. Ритопек         |
| 289                 | 14.01.2019.             | „BEOLEK“ д.о.о. Београд                    |
| 291                 | 14.01.2019.             | „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. Београд            |
| 293                 | 14.01.2019.             | „MEDIPRO MPM“ д.о.о. Београд               |
| 294                 | 14.01.2019.             | „ARENA MEDING“ д.о.о. Београд              |
| 297                 | 14.01.2019.             | „MEDICOLINE“ д.о.о. Ниш                    |

За партије бр. 2, 3, 4, 6, 7 и 9 одлука о додели уговора објављена је 31.01.2019. године.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

❖ Понуда понуђача **„MIOLAB SMV“ д.о.о. Београд**, сходно члану 3. став 1. тачка 33. ЗЈН, одбија се као неприхватљива за партију бр. 1 - Кревети за ЈИИ, из разлога што је иста неодговарајућа, будући да је понуђач понудио добро које не задовољава конкурсном документацијом захтеване минималне техничке карактеристике.

Конкурсном документацијом, у Прилогу бр. 7, под тачком бр. 1.14 захтевано је да електрично подешавање висине кревета буде у минималном распону од 410 mm до 840 mm, а под тачком бр. 1.31 захтевано је да минимална носивост кревета буде 250 kg.

Стручна комисија наручиоца је након прегледа пристиглих понуда затражила од АЛИМС-а додатне информације о регистрованом медицинском средству „DOLSAN VIGOROUS HOSPITAL BED Tip: 11S – Bolnički krevet, električni“, произвођача: „DOLSAN MEDIKAL EKIPMANLARI IMALAT INS. GIDA PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. STI“ Турска.

Агенција за лекове и медицинска средства је уз допис бр. 515-00-00023-2019-7-004 од 04.02.2019. године, доставила наручиоцу копију одобреног упутства за употребу за медицинско средство „DOLSAN VIGOROUS HOSPITAL BED Tip: 11S – Bolnički krevet, električni“, произвођача: „DOLSAN MEDIKAL EKIPMANLARI IMALAT INS. GIDA PAZARLAMA SAN. VE TIC. LTD. STI“ Турска.

У Упутству за коришћење предметног медицинског средства, у тачки 4: Техничке карактеристике, у табели 1 – Технички параметри, наведено је да је висина платформе кревета 45 – 85 cm, а да је дозвољено оптерећење (укључујући кревет) 230 kg.

Из напред наведеног јасно произилази да понуђено добро не испуњава конкурсном документацијом захтеване минималне техничке карактеристике дефинисане тачкама 1.14 и 1.31, у Прилогу бр. 7.

Чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН дефинисано је да је одговарајућа понуда она понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, док се према одредби члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН прихватљивом понудом сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1 ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Сходно напред цитираним одредбама ЗЈН да би понуда била оцењена као одговарајућа неопходно је да понуђено добро испуњава сваку од дефинисаних техничких карактеристика.

Како је у фази стручне оцене понуда неспорно утврђено да понуђено добро – **Кревет за ЈИИ** понуђача **„MIOLAB SMV“ д.о.о. Београд**, не задовољава техничке карактеристике које се односе на

