



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 23.1.2019.

БРОЈ: 84

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Број јавне набавке 499К/2018**

По позиву за подношење понуда објављеном на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

Питање бр. 1 - Партија 1- Транспортни респиратор

У конкурсној документацији је наведено:

Ставка 11.8.2. – Време инспирације 0.2 - 8 секунди

Да ли прихватате апарат који поседује карактеристику:
Време инспирације 0.3 – 10 секунди?

Обзиром на то да такав апарат нуди већи опсег подешавања наведеног параметра од опсега захтеваног у конкурсној документацији.

ОДГОВОРИ:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са ЗЈН.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ