



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР  
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 75  
Датум: 21.01.2019.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА**

Број 549А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.01.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

1. За партију број 36. Конкурсно документацијом је тражено „Sterilna lulica od PVC-a sa kolenastim konektorom od 60', расијент конекција 22М/15F i гуменом каpicом за сукцију“. Поменути артикал се дужи низ година не производи у PVC варијанти већ од Polypropylene (Полипропилена). Код нас се задржао назив PVC као универзални синоним за пластику али он то није. Чак шта више тежи се његовом комплетном избацивању из медицинских средстава.

Питање: Да ли је прихватљиво понудити поменути производ направљен од Полипропилена са свим осталим идентичним параметрима?

**ОДГОВОР:**

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ