



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 126
Датум:01.02.2019.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА**

Број 549А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.01.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Питање за партију 28, ставка 28/3-Тубус ендотрахеални армирани са увођацем, ПВЦ, са балоном великог лумена -малог притиска и Марфијевим оком, РТГ линијом, орал-насал величине од 3.5-9.5

Будући да нису специфициране дужине, молимо тендерску комисију да потврди да тражи тубусе у распону дужина од мин.229мм до маџ 399мм, односно тубусе дужине за И.Д. 3.5-229мм, И.Д. 4.00-237мм,И.Д. 4.5-259мм, И.Д. 5.0-321мм, И.Д.5.5-322мм, И.Д. 6.0-329мм, И.Д. 6.5-334мм, И.Д.7.0-352мм, И.Д. 7.5-356мм, И.Д. 8.0-364мм, И.Д. 8.5-388мм, И.Д. 9.0-398мм, И.Д. 9,5-399мм, И.Д. 10.00-399мм, чиме би се обезбедила употребљивост на свим пацјентима укључујући и гојазне.).

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ