



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 52
Датум: 14.01.2019.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА**

Број 549А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 09.01.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 14 - Сет за кисеоник
Молимо Вас да појасните шта чини сет за кисеоник?

ОДГОВОР:

1. Сет за кисеоник чини цево (отпорно на савијање, дужине минимум 200цм, са клизачем за подешавање дужине цева на глави пацијента и левкастим конектором) и каниле (цево мањег лумена са анатомски дизајнираним двокраким назалним делом и најмањом дужином наставка који иде у нос 13мм).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ