



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.01.2019.

БРОЈ: 33

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Лабораторијска пластика

Број јавне набавке 552А/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

ПИТАЊЕ:

Партија 3 - ПВЦ посуда за урин нестерилна

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди ПВЦ посуда за урин стерилна, обзиром да се ради о производу бољих техничких карактеристика од тражених?

Партија 4 - Полистиренска посуда за урин, стерилна (стерилисана методом гама зрачења) са изливом на поклопцу од полиетилена, минималне запремине 75мл, ширине 51/43мм, висине 58мм, пречника Ф=51 горњи и Ф=43 доњи

На начин како је тренутно дефинисана партија 4 Наручилац је ограничио конкуренцију јер се ради о преписаним техничким карактеристикама једног произвођача и које у понуди има само један понуђач који је истовремено и произвођач тражених посуда. Техничка спецификација партије 4 је дискриминаторска и у супротности са чланом 12 ЗЈН.

јасно нам је да наручилац припрема техничку спецификацију у складу са својим потребама али ипак мора поштовати закон о јавним набавкама и једно од њихових основних начела, члан 10. начело обезбеђивања конкуренције ЗЈН.

Такође, метод стерилизације не утиче да ли ће производ бити "мање или више" стерилан, за Наручиоца је важно да посуде буду стерилне, а којом методом ће оне бити стерилисане неће бити одређена њихова намена нити степен употребљивости и функционалности за Наручиоца. У складу са наведеним молимо Наручиоца да омогући да понуди и добра која су стерилисана ЕО методом. Произвођачи одређују метод стерилизације придржавајући се строгих стандарда приликом процеса производње и водећи рачуна да производ буде стерилан без обзира на врсту стерилизације, примењени метод стерилизације гарантује стерилност производа.

Молимо Вас да параметри задати техничком спецификацијом буду у примереном опсегу, а без навођења детаљних техничких карактеристика понуђача који једини може понудити одговарајуће добро, на пример Посуда за урин, стерилна запремине од 60-75мл, на тај начин Наручилац не би угрожавао транспарентност целог поступка.

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације за партију број 3.

У оквиру партије број 4, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку