



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 575

Датум: 15.04.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови, број А141/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 02.04.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуде K-Piston stapes протезе титанијумске које имају одступање у димензијама до 10% у односу на тражене?
Мишљења смо да са овим одступањем не би дошло до промене клиничког својства саме протезе а омогућило би већу конкуренцију на самој јавној набавци.

ОДГОВОР:

1. За наручиоца је прихватљиво да K-Piston stapes протезе титанијумске имају одступање у димензијама до $\pm 10\%$ у односу на тражене.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ