



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 547

Датум: 11.04.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију, број А157/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 03.04.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

1. С обзиром на то да је од 02.12.2018.године ступила на снагу примена новог Закона о медицинским средствима ("Сл.гласник РС" број 105/2017) и дигиталних трансформација пословних процеса из области медицинских средстава, дошло је до застоја у издавању Решења од стране АЛИМС-а, те Вас стога молим да се прихвате потврде о подношењу документације за продужење важења Решења о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава за она средства којима су Решења истекла а која ће бити понуђена у овој ЈН.
2. Молим да ми одговорите на питање везано за ЈН А157/2019, Партија број 24 - Систем за оклузију крвног суда (Amplatz plug) 3-22mm.
Да ли би за наведену партију био прихватљив - Емболизациони плаг са СМП технологијом, дијаметар проксималне маркер трачице 0.032"(0,81мм), 0.046"(1,17мм) и 0.065"(1,65мм), дијаметар раширеног плага 6мм, 8мм и 12мм, дужина плага 10мм и 15мм, дијаметар спиралног анкера 7мм, 9мм и 13мм?

ОДГОВОРИ:

1. Понуда ће се сматрати прихватљивом.
2. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације из разлога што су нам потребне све величине у распону од 3 до 22 мм због величине крвних судова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ