



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 564
Датум: 15.04.2019.

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА**

Број А172/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.04.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Питање за **partiju 2, stavka 2/3**-Tubus endotrahealni armirani sa uvodjacom, PVC, sa balonom velikog lumena -malog pritiska i Marfijevim okom, RTG linijom, oral-nasal velicine od 3.5-9.5
Будући да нису специфициране дужине, молимо tendersku komisiju да потврди да тражи tubuse у rasponu дужина од min.229mm до max 399mm, односно tubuse дужине за I.D. 3.5-229mm, I.D. 4.00-237mm, I.D. 4.5-259mm, I.D. 5.0-321mm, I.D.5.5-322mm, I.D. 6.0-329mm, I.D. 6.5-334mm, I.D.7.0-352mm, I.D. 7.5-356mm, I.D. 8.0-364mm, I.D. 8.5-388mm, I.D. 9.0-398mm, I.D. 9,5-399mm, I.D. 10.00-399mm, чиме би се обезбедила употребљивост на свим pacjentima укључујући и гојазне.

ОДГОВОР:

1. У складу са додатним појашњењем наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ