



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Оксигенатори бр. А230/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 14.05.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Да ли оксигенатори техничке спецификације описане за Партију 4 треба да имају проток до 7l/min.?
2. Да ли оксигенатори техничке спецификације описане за Партију 4 треба да имају дефинисану површину интегрисаног артеријског филтера доказиву у каталогу?

ОДГОВОРИ:

- 1 и 2. Наручилац истиче да је потребно да оксигенатори у пратији бр. 4 имају проток до 7l/min, а да артеријски филтер не мора бити дефинисан.