



---

**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

ДАТУМ: 24.05.2019.

БРОЈ:734

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ДОБРА – Хируршки шавни материјал - конци**

**Број јавне набавке А246/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**ПИТАЊЕ:**

Молимо Вас да нам одговорите на додатно појашњење везано за Јавну набавку број А246/2019 – Хируршки шавни материјал – конци:

У партији 20 – Surgical Stainless Steel Wire, да ли ће Наручилац прихватити дужину игле од 49 мм и у свему осталом према траженим спецификацијама, а у сврху тога да би се испоштовало Начело обезбеђивања конкуренције, у складу са Чланом 10. Закона о јавним набавкама?

**ОДГОВОР:**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију на начин да ће захтевати дужину игле од 49-50 мм

Комисија за јавну набавку