



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 14.06.2019.

БРОЈ:838

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију**

**Број јавне набавке А252/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија број 46 - Y-наставак са аутоматским затварањем дужине ≤ 8 цм - Да ли у дужину од 8цм спада Y наставка са завртњем или се дужина од 8цм односи на Y наставка без завртња?

ОДГОВОР:

Дужина се односи на Y наставка са завртњем.

Комисија за јавну набавку