



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 07.06.2019.

БРОЈ:804

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРА – Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца,
Клинике за кардиологију**

**Број јавне набавке А252/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених
гласила Републике Србије и база прописа**

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Партија број 45 - Сет са трансдјусером за регистровање крвног притиска, компатибилни са системима за хемодинамику сала за катетеризацију Клинике за кардиологију - Како бисмо направили одговорајућу понуду, неопходно нам је да знамо који се системи за хемодинамику користе, односно ког произвођача?

ОДГОВОР:

У салама за катетеризацију срца КЦС се налазе апарати произвођача Siemens који за мерење користе SENSIS хемодинамски систем

Комисија за јавну набавку