



---

## КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

---

Број: 864

Датум: 21.06.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. А259/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 05.06.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

### ПИТАЊЕ:

Молимо тендерску комисију да измени конкурсну документацију за партију 59.

Наиме, својом изменом у једној партији описали сте два потпуно различита сета која се не могу поредити, јер нису у истом рангу и различитог су стандарда апликације и квалитета.

Конкурсном документацијом тражено је да сет треба да садржи следеће компоненте:

- функциону канилу
- жицу водич у диспанзеру са са интродјусером
- продуживач катетера са пластичним водичем
- pigtail катетер
- luer-lock конектор
- LL stopcock, са конектором за урин кесу

Док сте у исту партију ставили сет који садржи само следеће компоненте и то само у једној величини а тражене су три величине:

- pigtail катетер
- трокар
- универзални конектор за урин кесу и славином на закључавање

Из горе наведеног се види да су ово потпуно различити ранг сетова који не садрже идентичне компоненте и као такве не могуће их је упоређивати и вредновати.

Поред тога су и различитог стандарда апликације, јер подразумевају исту методологију.

Љубазно молимо тендерску комисију да врати првобитни опис сета за партију 59, или ако наручилац има потребу и за овим другим сетом да се раздвоје у две различите партије.

### ОДГОВОР:

1. Наручилац истиче да ће у складу са ЗЈН и постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ