



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:1062

Датум:08.08.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА бр. А345/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.07.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Партија 10 – да ли је тражени волумен 2-30 или 20-300ul?
2. Партије 10, 11, 12, 13 - nastavci sterilni sa filterom – већина произвођача има фабричка паковања наставака са филтером у кутије од 96 комада, где 10 таквих кутија чини фабрички стерилно паковање. Како није могуће испоручити тачну тражену количину заокружену на целу хиљаду, да ли је за наручиоца прихватљиво да промени јединицу мере у "960 ком"? Сходно томе и тражене количине, чиме би понуђачи могли да испоруче целу тражену количину, а не 1920 ком. уместо 2000 komada или 4800 уместо 5000 komada и сл.
3. Партија 2 - PVC posuda za urin nesterilna
Да ли је Наручиоца прихватљиво да се понуди PVC посуда за урин стерилна, имајући у виду да стерилност производа не представља ограничење у свакодневном раду Наручиоца већ се ради о производу бољих техничких карактеристика од тражених?

ОДГОВОР:

1. Захтевани волумен износи од 2-30ul, што је јасно дефинисано конкурсном документацијом.
2. Наручилац је приликом одређивања количина имао у виду потребе крајњих корисника, и као јединицу мере одредио комад, како не би фаворизовао нити једног понуђача предметних добара.
3. За наручиоца је прихватљиво да се за наведену партију понуди и добро које је стерилно, под условом да испуњава све остале захтеване техничке карактеристике.