



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1099

Датум: 26.08.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији, број А366/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 16.08.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Поштовани, Молимо Вас за појашњење везано за партију 6 - Сет за репарацију тораколумбалне кичме:

Да ли је прихватљиво за позицију 6/2 понудити уметак за лумбалну међупршљенску фузију, од РЕЕК материјала 4 или 6 степени закошен уместо тражених 5 степени?

Да ли је прихватљиво за позицију 6/2 понудити уметак за лумбалну међупршљенску фузију дужине 25 или 30 мм уместо тражених 28 мм?

Пажљивим читањем свих упутстава, образаца, услова и спецификације које су садржане у конкурсној документацији нисмо наишли нигде на наведена одступања од тражених. Мишљења смо да је тиме у великој мери ограничена конкуренција, с обзиром да су наведене детаљне прецизне димензије конкретно у партији 6, позицији 6/2 за уметак за лумбалну међупршљенску фузију. Сходно томе, молимо Вас да нам потврдите да ли прихватате наведена одступања од тражених димензија. Поменути импланти од произвођача до произвођача имају минималне разлике у димензијама али то не утиче на њихову примену, тј. не ремети њихову функцију и сврху.

ОДГОВОР:

1. Наручилац ће у складу са ЗЈН извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ