



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДАТУМ: 18.09.2019.

БРОЈ: 1183

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – Остеосинтетски материјал за ортопедију

Број јавне набавке А388/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, на интернет страници Клиничког центра Србије и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

ПИТАЊЕ:

1. За партију 2- Систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба:

- Да ли је прихватљиво за позицију 2/1 понудити полиаксијални титанијумски завртњ промера 4 до 7мм или 4,5 до 7мм, дужине од 20-80мм, уместо траженог 4,35 до 7мм?
- Да ли је прихватљиво за позицију 2/3 понудити полиаксијални нископрофилни завртњ промера 4 до 8мм, дужине 25-70мм, уместо траженог 4,35 до 10мм, дужине од 20-80мм?
- Да ли је прихватљиво за позицију 2/5 понудити шипку глатку промера 5,5мм и дужине 500мм, уместо тражене дужине 480мм?

2. За партију 3- Систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба:

- Да ли је прихватљиво за позицију 3/1 понудити мини-полиаксијални завртњ дијаметра 3,9мм, уместо траженог 3,5мм?
- Да ли је прихватљиво за позицију 3/2 понудити шипку дијаметра 3,7мм, уместо траженог 3,2мм?

ОДГОВОР:

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације из следећих разлога:

1. За партију 2- систем за фиксацију торако-лумбалног дела кичменог стуба

- за позицију 2/1 је **прихватљива** понуда полиаксијалног титанијумског завртња промера 4- 7мм (није прихватљиво 4,5-7мм) дужине уместо траженог 4,35-7мм.
- за позицију 2/3 **није прихватљива** понуда полиаксијалног нископрофилног завртња промера 4-8мм , дужине 25-70мм уместо траженог 4,35-10мм дужине 20-80мм.

Објашњење: за фиксацију горњих торакалних пршљенова, због специфичне анатомије, неопходна је доступност завртњева дужине 20мм, а за фиксацију лумбалне кичме (нарочито ако се ради ревизиона хирургија), као и за спино-пелвичне фиксације неопходна је доступност завртњева дијаметра 10мм и дужине 80мм.

- за позицију 2/5 је **прихватљива** понуда глатке шипке промера 5,5мм и дужине до 500мм уместо тражене од 480мм.

2. За партију 3 - систем за задњу фиксацију вратног дела кичменог стуба

- За позицију 3/1 **није прихватљива** понуда мини-аксијалног завртња дијаметра 3,9мм уместо траженог 3,5мм.

Објашњење: због специфичне анатомије и врсте фиксација задњег дела вратне кичме, неопходна је доступност завртња дијаметра 3,5мм.

- За позицију 3/2 **није прихватљива** понуда шипке дијаметра 3,7мм уместо траженог 3,2 мм.

Објашњење: у случајевима ревизионе хирургије или додатне фиксације суседног сегмента кичменог стуба код већ постојеће фиксације, неопходна је компатибилност са до сада уграђиваним системима , што подразумева употребу шипке дијаметра 3,2мм.

Комисија за јавну набавку