



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1300

Датум: 03.10.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија бр. А414/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 25.09.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да нас информишете да ли је за наручиоца прихватљиво да се у поступку јавне набавке ЈН А414/2019, Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, за партије 9-15, понуде моноклонска антитела за проточну цитометрију других клонова?

По нашим сазнањима потраживано клонови су јединствено на тржишту, истовремено увидом у регистар Агенције за лекове и медицинска средства пронашли смо да се могу понудити од стране само једног понуђача.

Прихватањем измене конкурсне документације на основу горе наведеног питања обезбедили бисте испуњења начела обезбеђивања конкуренције из члана 10. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

ОДГОВОР:

Моноклонска антитела (партије 9-15) чија је набавка покренута путем јавне набавке А414/2019, за потребе Лабораторије за имунофенотипизацију и проточну цитометрију, спецификована су на основу CD класификације специфичних молекула чија се експресија испитује, као и на основу назива клона који на истим молекулима препознаје одређено везно место (епитоп). Наведена моноклонска антитела и специфични клонови се већ дужи низ година примењују у нашој Лабораторији и оптимизирани су за методе примењујемо, а у складу са препорукама Европске мреже за леукемије (European LeukemiaNet) као оптималне за детекцију одговарајућих молекула које испитујемо у оквиру панела за акутне и хроничне леукемије. Такође, наведени клонови су препоручени као оптимални у дијагностици експресије леукоцитних молекула на ћелијама хуманих леукемија (специфични молекули) од стране водеће групе експерата у пољу имунофенотипске дијагностике акутних и хроничних леукемија и лимфома (EuroFlow Consortium, www.euroflow.org, EuroFlow marker panel list: Reference antibodies and alternative antibodies 2018).

Закључак – На основу горе наведеног, а имајући у виду врло специфичне захтеве који се односе на дијагностику акутних и хроничних леукемија, сходно препорукама EuroFlow стандарда нисмо у могућности да позитивно одговоримо на постављени захтев да се у поступку јавне набавке ЈН А414/2019, Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, за партије 9-15, понуде моноклонска антитела за проточну цитометрију других клонова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ