



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број: 1361

Датум: 21.10.2019.

Свим потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке добара – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ бр. А431/2019, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 11.10.2019. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатно објашњење у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊА:

- Молимо Наручиоца за појашњење да ли би било прихватљиво да понуђачи доставе понуду у којој би на једној ставци понудио добра више произвођача са истим траженим техничким карактеристикама, по истој јединичној цени и по истим комерцијалним условима, а све како би понуђачи могли да израде исправне понуде?
- Наручилац је у оквиру партије бр. 27 дефинисао добра - Системи за инвазивни мониторинг. Да ли је приликом испоруке наведених добара потребно испоручити и адекватне каблове за конектовање система са пацијент монитором? Уколико јесте, молимо да сходно Закону о медицинским средствима (Службени гласник РС, бр. 30/2010 од 07.05.2010. године) за исте захтевате доказ о Регистрацији у регистар медицинских средстава издат од стране АЛИМС-а (тј. копију Решења АЛИМС-а.). Такође, овим путем молимо наручиоца да дефинише количину интерфејс каблова које је потребно испоручити, те предвидети посебну колону у коју ће исти бити уписани а као у набавци 547А/2018.
Начином на који је партија тренутно дефинисана, наручилац није предвидео испоруку интерфејс каблова, те изабрани понуђач није у обавези да исте достави. Формирањем колоне за интерфејс каблове у оквиру партије бр. 27, наручилац једноставно може од изабраног понуђача наручити потребан број каблова сходно својим објективним потребама.
- Наручилац је оквиру исте партије, а за ставку 27/1 и 27/2, при дефинисању техничке документације, дефинисао следећи захтев: „[...] са закривљеном иглом у комори [...]”.
Различито понуђачи поседују различита техничка решења која доприносе једноставном и безбедном коришћењу. Како захтевано техничко решење поседује само један произвођач - исто представља кршење чл. 10 ЗЈН-а, тј. начела обезбеђивања конкуренције.
Из свега наведеног, овим путем молимо наручиоца да ради обезбеђивања конкуренције у поступку јавне набавке, наведени захтев измени тако да исти гласи: „са техничким решењем које обезбеђује безбедну мониторинг инвазивног крвног притиска“.
- Спецификација партије 27 - Системи за инвазивни мониторинг, ставка 1 садржи следећи опис:
27/1 „Системи за инвазивни мониторинг (Флашинг систем) који мери два притиска, са закривљеном иглом у комори и са вентилом који минимализује ризик контаминације додиром, брзине протока 3мл/х, компатибилан за мониторе произвођача GE DATEX - OHMEDA, DREGER, INNOMED MEDICAL, NIHON KONDEN, GE HAELTHCARE, MINDRAY, укупан број монитора у КЦС је 68”
Молим вас за појашњење да ли бисте у наставку описа спецификације партије 27 ставке 1 „са закривљеном иглом у комори и са вентилом који минимализује ризик контаминације додиром“ додали и „или одговорајуће“ како би више понуђача било у могућности да понуди трансјусере који такође обезбеђују да се не стварају мехурићи у течности и који минимизирају ризик контаминације додиром али то обезбеђују на другачији начин.
- Спецификација партије 27 - Системи за инвазивни мониторинг, ставка 2 садржи следећи опис:
27/2 „Системи за инвазивни мониторинг (Флашинг систем) који мери један притисак, са закривљеном иглом у комори и са вентилом који минимализује ризик контаминације додиром, брзине протока 3мл/х, компатибилан за мониторе произвођача GE DATEX - OHMEDA, DREGER, INNOMED MEDICAL, NIHON KONDEN, GE HAELTHCARE, MINDRAY, укупан број монитора у КЦС је 68”
Молим вас за појашњење да ли бисте у наставку описа спецификације партије 27 ставке 2 „са закривљеном иглом у комори и са вентилом који минимализује ризик контаминације додиром“ додали и „или одговорајуће“ како би више понуђача било у могућности да понуди трансјусере који такође обезбеђују да се не стварају мехурићи у течности и који минимизирају ризик контаминације додиром али то обезбеђују на другачији начин.
- У оквиру партије 25 набавља се „Систем за мерење сатне диурезе 110цм и 150цм дволуменска цев (по потреби наручиоца), 2 анти-рефлукс вентила, порт за узимање узорака урина шприцем без игле, са прозором за контролу узорковање, кеса од 2лит., компоненте за фиксирање система (кружна кука, пластичне траке), хидрофобни филтер за ваздух величине пора 5μ.“
Молимо да у складу са чл.10 ЗЈН а у циљу обезбеђивања веће конкуренције међу понуђачима, омогућите да се понуди Систем за мерење сатне диурезе, једнолуменска или дволуменска цев, 110/120цм и 150 цм (по потреби наручиоца), 2 анти-рефлукс вентила, порт за узимање узорака урина шприцем без игле, са

прозором за контролу узорковање, кеса од 2лит., компоненте за фиксирање система (кружна кука, пластичне траке) и хидрофобни филтером за ваздух величине пора 5μ.

Обзиром да дволуменска цев система за мерење сатне диурезе служи да „спроведе“ урин из уринарног катетера у мерну комору а да је једнолуменска цев израђена је од материјала који обезбеђује њено потпуно пражњење при “спровођењу“ урина из уринарног катетера у мерну комору, иста је потпуно функционално одговарајућа дволуменској (тј. „функционална паралела“). Такође, незнатна разлика у дужини цеви од 10цм (110/120цм) не утиче на квалитет мерења сатне диурезе.

ОДГОВОРИ:

1. Могуће је у оквиру једне партије/ставке понудити добра са различитим каталошким бројевима истог произвођача или различитог произвођача, по истој цени, уколико свако добро испуњава у потпуности захтеване техничке карактеристике предвиђене конкурсном документацијом.
2. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.
3. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.
4. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.
5. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.
6. Наручилац ће у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ